

Prüfmittelnummer	Inventar-Nr.	Gerätetyp	Geräteart	Seriennummer	A-Jahr	Hersteller / Lieferant	Laborbereich	Raum-Nr.	Transferpipetten	Ersatzpipetten	Wartungsintervalle	Nachweis der Zwischenprüfungen	Kalibrierschein Kalibrierlabor ab August 2016	mit DAkkS		mit DAkkS		mit DAkkS		mit DAkkS		mit DAkkS		mit DAkkS		mit DAkkS			
														2013 / I	2013 / II	2014 / I	2014 / II	2015 / I	2015 / II	2016 / I	2016 / II	2017 / I	2017 / II	2018 / I	2018 / II	2019 / I	2019 / II	2020 / I	2020 / II
MD-200/01	3009428	0,5-10µl	Pipette	11D06830	2007	Brand GmbH & Co. KG	Molekular Diagnostik	00-L-32			halbjährlich	Ergebnisbericht Kalibri	2 x jährlich	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
MD-200/02	3009481	0,5-10µl	Pipette	11D06831	2007	Brand GmbH & Co. KG	Molekular Diagnostik	00-L-33			halbjährlich	Ergebnisbericht Kalibri	2 x jährlich	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
MD-200/03	3009497	0,5-10µl	Pipette	11D06829	2007	Brand GmbH & Co. KG	Molekular Diagnostik	02-L-34			halbjährlich	Ergebnisbericht Kalibri	2 x jährlich	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
MD-200/04	3009692	1000µl	Pipette	312221		Eppendorf GmbH	Molekular Diagnostik	00-L-30			halbjährlich	Ergebnisbericht Kalibri	2 x jährlich	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
MD-200/05	3009711	100µl	Pipette	190421		Eppendorf GmbH	Molekular Diagnostik	00-L-33			halbjährlich	Ergebnisbericht Kalibri	2 x jährlich	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
MD-200/06	3009717	100-100µl	Pipette	01E34383	2007	Brand GmbH & Co. KG	Molekular Diagnostik	00-L-32			halbjährlich	Ergebnisbericht Kalibri	2 x jährlich	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
MD-200/07	3009496	100-100µl	Pipette	01E24384	2007	Brand GmbH & Co. KG	Molekular Diagnostik	00-L-33			halbjährlich	Ergebnisbericht Kalibri	2 x jährlich	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
MD-200/09	3009499	10-100µl	Pipette	12D07828	2007	Brand GmbH & Co. KG	Molekular Diagnostik	00-L-33			halbjährlich	Ergebnisbericht Kalibri	2 x jährlich	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
MD-200/10	3009708	10-100µl	Pipette	11D07505	2007	Brand GmbH & Co. KG	Molekular Diagnostik	00-L-33			halbjährlich	Ergebnisbericht Kalibri	2 x jährlich	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
MD-200/11	3009744	10-100µl	Pipette	12D07862	2007	Brand GmbH & Co. KG	Molekular Diagnostik	02-L-34			halbjährlich	Ergebnisbericht Kalibri	2 x jährlich	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
MD-200/12	3009503	10-100µl	Pipette	12D07863	2007	Brand GmbH & Co. KG	Molekular Diagnostik	02-L-34			halbjährlich	Ergebnisbericht Kalibri	2 x jährlich	X	X	X	defekt												
MD-200/13	3009731	1-10µl	Pipette	1592558	2008	Eppendorf GmbH	Molekular Diagnostik	02-L-34			halbjährlich	Ergebnisbericht Kalibri	2 x jährlich	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
MD-200/14	3009470	2-20µl	Pipette	12D13059	2007	Brand GmbH & Co. KG	Molekular Diagnostik	00-L-30			halbjährlich	Ergebnisbericht Kalibri	2 x jährlich	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
MD-200/15	513399	100µl	Pipette	513399		Eppendorf GmbH	Molekular Diagnostik	00-L-33			halbjährlich	Ergebnisbericht Kalibri	2 x jährlich	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
MD-200/16	3009445	Multipip	Multipip	3291506	2006	Eppendorf GmbH	Molekular Diagnostik	00-L-30			halbjährlich	Ergebnisbericht Kalibri	2 x jährlich	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
MD-200/17	3009485	Multipip	Pipette	T071		Eppendorf GmbH	Molekular Diagnostik	00-L-33			halbjährlich	Ergebnisbericht Kalibri	2 x jährlich	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
MD-200/18	3009434	100-100µl	Pipette	12D08492		Brand GmbH & Co. KG	Molekular Diagnostik	02-L-34			halbjährlich	Ergebnisbericht Kalibri	2 x jährlich	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
MD-200/19	3009492	10-100µl	Pipette	28855907		Eppendorf GmbH	Molekular Diagnostik	00-L-33			halbjährlich	Ergebnisbericht Kalibri	2 x jährlich	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
MD-200/21	3010272	0,5-10µl	Pipette	2232869	2010	Eppendorf GmbH	Molekular Diagnostik	00-L-32			halbjährlich	Ergebnisbericht Kalibri	2 x jährlich	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
MD-200/22	3010269	100-100µl	Pipette	3326799	2010	Eppendorf GmbH	Molekular Diagnostik	00-L-32			halbjährlich	Ergebnisbericht Kalibri	2 x jährlich	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
MD-200/23	3010270	10-100µl	Pipette	4390979	2010	Eppendorf GmbH	Molekular Diagnostik	00-L-32			halbjährlich	Ergebnisbericht Kalibri	2 x jährlich	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
MD-200/24	3010271	02-20µl	Pipette	2731098	2010	Eppendorf GmbH	Molekular Diagnostik	00-L-30			halbjährlich	Ergebnisbericht Kalibri	2 x jährlich	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
MD-200/25	3009724	500µl	Pipette	252878		Eppendorf GmbH	Molekular Diagnostik	00-L-33			halbjährlich	Ergebnisbericht Kalibri	2 x jährlich	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
MD-200/26	3009719	10-100µl	Pipette	1660408		Eppendorf GmbH	Molekular Diagnostik	00-L-33			halbjährlich	Ergebnisbericht Kalibri	2 x jährlich	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
MD-200/27	N30427H	10-100µl	Pipette	N30427H	2019	Eppendorf GmbH	molekular Diagnostik	00-L-32			halbjährlich, ext	Ergebnisbericht Kalibri	2x jährlich																

Pipettenliste MI

Prüfmittelnummer	Inventar-Nr.	Gerätetyp	Geräteart	Seriennummer	A-Jahr	Hersteller / Lieferant	Laborbereich	Raum-Nr.	Transferpipetten	Ersatzpipetten	Kalibrierintervall Zwischen-prüfungen	Nachweis der Zwischenprüfungen	Kalibrierschein Kalibrierlabor ab August 2016	mit DAKKS		mit DAKKS		mit DAKKS		mit DAKKS		mit DAKKS		mit DAKKS		mit DAKKS		
														2013 / I	2013 / II	2014 / I	2014 / II	2015 / I	2015 / II	2016 / I	2016 / II	2017 / I	2017 / II	2018 / I	2018 / II	2019 / I	2019 / II	2020 / I
MI-200/01	3009682	100µl	Pipette	113351		Eppendorf GmbH	Mikrobiologie	02-L-30	x		jährlich, extern	Ergebnisbericht Kalibrierlabor	jährlich	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
MI-200/02	3009510	10µl	Pipette	4002668		Eppendorf GmbH	Mikrobiologie	02-L-32	x		jährlich, extern	Ergebnisbericht Kalibrierlabor	jährlich	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
MI-200/07	3009697	200µl	Pipette	217393		Eppendorf GmbH	Mikrobiologie	02-L-30	x		jährlich, extern	Ergebnisbericht Kalibrierlabor	jährlich	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
MI-200/09	3009727	100-10	Pipette	6141150		biohit	Mikrobiologie	02-L-34	x		jährlich, extern	Ergebnisbericht Kalibrierlabor	jährlich	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
MI-200/10	3009695	50µl	Pipette	190198		Eppendorf GmbH	Mikrobiologie	02-L-29	x		jährlich, extern	Ergebnisbericht Kalibrierlabor	jährlich	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
MI-200/12	3009732	500µl	Pipette	291620		Eppendorf GmbH	Mikrobiologie	02-L-31	x		jährlich, extern	Ergebnisbericht Kalibrierlabor	jährlich	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
MI-200/14	5000745	ATB-P	Pipette	14004852	Jun 14	bio Merieux	Mikrobiologie	02-L-30	x		jährlich, extern	Ergebnisbericht Kalibrierlabor	jährlich			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
MI-200/15	3009698	ATB-P	Pipette	8012906	2008	bio Merieux	Mikrobiologie	02-L-31	x		jährlich, extern	Ergebnisbericht Kalibrierlabor	jährlich	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
MI-200/16	3010230	100µl	Pipette	124527		Eppendorf GmbH	Mikrobiologie	02-L-32	x		jährlich, extern	Ergebnisbericht Kalibrierlabor	jährlich	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
MI-200/17	85629	25µl	Pipette	85629	Jul 15	Hamilton	Mikrobiologie	02-L-30	x		jährlich, extern	Ergebnisbericht Kalibrierlabor	jährlich				X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
MI-200/18	84634	50µl	Pipette	84634	Jul 15	Hamilton	Mikrobiologie	02-L-30	x		jährlich, extern	Ergebnisbericht Kalibrierlabor	jährlich				X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
MI-200/19	G16875F	10µl	Pipette	G16875F	Sep 16	Eppendorf GmbH	Mikrobiologie	02-L-30	x		jährlich, extern	Ergebnisbericht Kalibrierlabor	jährlich						X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
MI-200/20	G16953F	100µl	Pipette	G16953F	Sep 16	Eppendorf GmbH	Mikrobiologie	02-L-30	x		jährlich, extern	Ergebnisbericht Kalibrierlabor	jährlich						X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
MI-200/21	G17285F	1000µl	Pipette	G17285F	Sep 16	Eppendorf GmbH	Mikrobiologie	02-L-30	x		jährlich, extern	Ergebnisbericht Kalibrierlabor	jährlich						X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
MI-200/22	57856	25µl	Pipette	87856	Mrz 17	Hamilton	Mikrobiologie	02-L-29	x		jährlich, extern	Ergebnisbericht Kalibrierlabor	jährlich						X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
MI-200/23	57545	50µl	Pipette	57545	Mrz 17	Hamilton	Mikrobiologie	02-L-29	x		jährlich, extern	Ergebnisbericht Kalibrierlabor	jährlich						X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
MI-200/24	P53238G	25µl	Pipette	P53238G	2.018	Eppendorf GmbH	Mikrobiologie	02-L-29	x		jährlich, extern	Ergebnisbericht Kalibrierlabor	jährlich															
MI-200/25	3009502	4700 - 25µl	Pipette	56391		Eppendorf GmbH	Mikrobiologie	02-L-35	x		jährlich, extern	Ergebnisbericht Kalibrierlabor	jährlich															X
MI-220/26	3009454	4800 - 10µl	Pipette	61875		Eppendorf GmbH	Mikrobiologie	02-L-35	x		jährlich, extern	Ergebnisbericht Kalibrierlabor	jährlich		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
MI-200/27	3009456	4800 - 10µl	Pipette	142983		Eppendorf GmbH	Mikrobiologie	02-L-35	x		jährlich, extern	Ergebnisbericht Kalibrierlabor	jährlich		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
MI-200/28	3009457	4800 - 10µl	Pipette	150474		Eppendorf GmbH	Mikrobiologie	02-L-35	x		jährlich, extern	Ergebnisbericht Kalibrierlabor	jährlich			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
MI-200/29	3009477	4800 - 50µl	Pipette	108545		Eppendorf GmbH	Mikrobiologie	02-L-35	x		jährlich, extern	Ergebnisbericht Kalibrierlabor	jährlich						X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
MI-200/30	3009501	4810 - 10µl	Pipette	304806		Eppendorf GmbH	Mikrobiologie	02-L-35	x		jährlich, extern	Ergebnisbericht Kalibrierlabor	jährlich		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
MI-200/31	3009447	4810 - 50µl	Pipette	319770		Eppendorf GmbH	Mikrobiologie	02-L-35	x		jährlich, extern	Ergebnisbericht Kalibrierlabor	jährlich	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
MI-200/31	3009483	4900 - 10µl	Pipette	4043786	2007	Eppendorf GmbH	Mikrobiologie	02-L-35	x		jährlich, extern	Ergebnisbericht Kalibrierlabor	jährlich	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
MI-200/32	3009512	4900 - 10µl	Pipette	101755		Eppendorf GmbH	Mikrobiologie	02-L-35	x		jährlich, extern	Ergebnisbericht Kalibrierlabor	jährlich	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
MI-200/33	3009514	4900 - 10µl	Pipette	139074		Eppendorf GmbH	Mikrobiologie	02-L-35	x		jährlich, extern	Ergebnisbericht Kalibrierlabor	jährlich		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
MI-200/34	3009425	4900 - 10µl	Pipette	215003		Eppendorf GmbH	Mikrobiologie	02-L-35	x		jährlich, extern	Ergebnisbericht Kalibrierlabor	jährlich		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
MI-200/35	3009528	4900 - 10µl	Pipette	305661		Eppendorf GmbH	Mikrobiologie	02-L-35	x		jährlich, extern	Ergebnisbericht Kalibrierlabor	jährlich	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
MI-200/36	3009525	4900 -	Pipette	246851		Eppendorf GmbH	Mikrobiologie	02-L-35	x		jährlich, extern	Ergebnisbericht Kalibrierlabor	jährlich			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
MI-200/37	3009430	4900 - 10µl	Pipette	495117		Eppendorf GmbH	Mikrobiologie	02-L-35	x		jährlich, extern	Ergebnisbericht Kalibrierlabor	jährlich		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
MI-200/38	3009491	4900 - 25µl	Pipette	65115		Eppendorf GmbH	Mikrobiologie	02-L-35	x		jährlich, extern	Ergebnisbericht Kalibrierlabor	jährlich		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
MI-200/39	3009427	4900 - 25µl	Pipette	394671		Eppendorf GmbH	Mikrobiologie	02-L-35	x		jährlich, extern	Ergebnisbericht Kalibrierlabor	jährlich	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
MI-200/40	3009463	4900 - 25µl	Pipette	1534652		Eppendorf GmbH	Mikrobiologie	02-L-35	x		jährlich, extern	Ergebnisbericht Kalibrierlabor	jährlich		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
MI-200/41	3009498	4900 - 50µl	Pipette	304441		Eppendorf GmbH	Mikrobiologie	02-L-35	x		jährlich, extern	Ergebnisbericht Kalibrierlabor	jährlich	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
MI-200/42	3009463	4910 - 10µl	Pipette	311304		Eppendorf GmbH	Mikrobiologie	02-L-35	x		jährlich, extern	Ergebnisbericht Kalibrierlabor	jährlich		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
MI-200/43	3009452	Multipipette	Multipipette	X 047		Eppendorf GmbH	Mikrobiologie	02-L-35	x		jährlich, extern	Ergebnisbericht Kalibrierlabor	jährlich	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
MI-200/44	4071681	Multipipette	Multipipette	W13782		Eppendorf GmbH	Mikrobiologie	02-L-35	x		jährlich, extern	Ergebnisbericht Kalibrierlabor	jährlich		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

Pipettenliste BP

Prüfmittelnummer	Inventar-Nr.	Gerätetyp	Geräteart	Seriennummer	A-Jahr	Hersteller / Lieferant	Laborbereich	Raum-Nr.	Transferpipetten	Ersatzpipetten	Kalibrierintervall Zwischenprüfungen	Nachweis der Zwischenprüfungen	Kalibrierschein Kalibrierlabor ab August 2016	mit DAkkS		mit DAkkS		mit DAkkS		mit DAkkS		mit DAkkS		mit DAkkS		mit DAkkS				
														2013 / I	2013 / II	2014 / I	2014 / II	2015 / I	2015 / II	2016 / I	2016 / II	2017 / I	2017 / II	2018 / I	2018 / II	2019 / I	2019 / II	2020 / I	2020 / II	
BP-204/2	3010225	Transferpipette S 10-100	Pipette	05G76468		Brand GmbH & Co KG	Blutdepot	01-L 37	x		jährlich, extern	Ergebnisbericht Kalibrierlab	jährlich	X	X		X	X		X	X		X	X		X	X		X	X
BP-204/3	5000604	Pipette 10-100ul "Referenz"	Pipette	N 35005C		Eppendorf GmbH	Blutdepot	01-L 37	x		jährlich, extern	Ergebnisbericht Kalibrierlab	jährlich		X		X	X		X	X		X	X		X	X		X	X
BP-204/4	5000610	Pipetten 50 ul "Reference 2"	Pipette	143907C		Eppendorf GmbH	Blutdepot	01-L 37	x		jährlich, extern	Ergebnisbericht Kalibrierlab	jährlich		X		X	X		X	X		X	X		X	X		X	X
BP-204/5	3010060	ID-Pipetor EP3	Pipette	5025866	1997	DiaMed Diagnos. GmbH	Blutdepot	01-L 37	x		jährlich, extern	Ergebnisbericht Kalibrierlab	jährlich	X		X	X	X		X	X		X	X		X	X		X	X
BP-204/6	3006657	ID-Pipetor EP3	Pipette	5067144	2010	DiaMed Diagnos. GmbH	Blutdepot	01-L-37	x		jährlich, extern	Ergebnisbericht Kalibrierlab	jährlich		X		X	X		X	X		X	X		X	X		X	X
BP-204/7	3009482	Pipette 100ul "Reference"	Pipette	429375		Eppendorf GmbH	Blutdepot	01-L-37			halbjährlich, extern	Ergebnisbericht Kalibrierlab	2 x jährlich	X		X		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

Pipettenliste SE

Prüfmittelnummer	Inventar-Nr.	Gerätetyp	Geräteart	Seriennummer	A-Jahr	Hersteller / Lieferant	Laborbereich	Raum-Nr.	Transferpipetten	Ersatzpipetten	Kalibrierintervall Zwischenprüfungen	Nachweis der Zwischenprüfungen	Kalibrierschein Kalibrierlabor ab August 2016	mit DAkk S	mit DAkk S	mit DAkk S	mit DAkk S	mit DAkk S	mit DAkk S	mit DAkk S	mit DAkk S	mit DAkkS	mit DAkkS	mit DAkkS	
													2013 / I	2013 / II	2014 / I	2014 / II	2015 / I	2015 / II	2016 / I	2016 / II	2017 / I	2017 / II	2018 / I	2018 / II	2019 / I
SE-200/80	1078342	Multipipette	Multipipette	1078342		Eppendorf GmbH	Serologie	02-L-35			halbjährlich, extern	Ergebnisbericht Kalibrierlabor	2 x jährlich	X	X	X									
SE-200/81	4071681	Multipipette	Multipipette	W13782		Eppendorf GmbH	Serologie	02-L-35			halbjährlich, extern	Ergebnisbericht Kalibrierlabor	2 x jährlich	X		X	X	X	X	X				X	ab 2020-01 Bakteriologie
SE-200/82	10244000	Multipipette	Multipipette	W14281		Eppendorf GmbH	Serologie	02-L-35			halbjährlich, extern	Ergebnisbericht Kalibrierlabor	2 x jährlich	X		X			X			X	X		ab 2020-01 klin. Chemie
SE-200/83	3009432	Multipipette	Multipipette	1037940		Eppendorf GmbH	Serologie	02-L-35			halbjährlich, extern	Ergebnisbericht Kalibrierlabor	2 x jährlich	X	X	X		X					X		ab 2020-01 klin. Chemie
SE-200/84	3010064	Multipipette	Multipipette	001		Eppendorf GmbH	Serologie	02-L-35			halbjährlich, extern	Ergebnisbericht Kalibrierlabor	2 x jährlich			X		X	X	X	X	X	X		
SE-200/85	3010062	Multipipette	Multipipette	002		Eppendorf GmbH	Serologie	02-L-35			halbjährlich, extern	Ergebnisbericht Kalibrierlabor	2 x jährlich		X	X		X	X	X	X				
SE-200/95	3010079	Socorex	Pipette	004		Socorex Swiss	Serologie	02-L-35			halbjährlich, extern	Ergebnisbericht Kalibrierlabor	2 x jährlich	X	X	X									
SE-200/96	3009444	Socorex	Pipette	101454		Socorex Swiss	Serologie	02-L-35			halbjährlich, extern	Ergebnisbericht Kalibrierlabor	2 x jährlich	X	X	X									
SE-200/97	3009924	1000µl	Pipette	2671202		Eppendorf GmbH	Serologie	02-L-35			halbjährlich, extern	Ergebnisbericht Kalibrierlabor	2 x jährlich	X		X		X							

Bem: in der Serologie existieren 2 Pipettensätze, welche im Wechsel halbjährlich eingeschickt werden.

Prüfmittelnummer	Inventar-Nr.	Gerätetyp	Geräteart	Seriennummer	A-Jahr	Hersteller / LI	Laborbereich	Raum-Nr.	Transferpipetten	Ersatzpipetten	Kalibrierintervall Zwischenprüfungen	Nachweis der Zwischenprüfungen	Kalibrierschein Kalibriertlabor ab August 2016	Laufzeit	mit DAKKS		mit DAKKS		mit DAKKS		mit DAKKS		mit DAKKS		mit DAKKS		
															2013 / I 2015 / II	2014 / I	2014 / II	2015 / I	2015 / II	2016 / I	2016 / II	2017 / I	2017 / II	2018 / I	2018 / II	2019 / I	2019 / II
ID-200/1	4745065	100 µl	Research Family 3112	4745065		Eppendorf GmbH	Transferpipette POCT	E004.1	x		jährlich/extern	Ergebnisbericht Kalibriertlabor	jährlich	31.07.2020		x				x	x					x	
ID-200/2	4549451	10 - 100 µl	Research Family 3111	4549451		Eppendorf GmbH	Transferpipette POCT	E004.1	x		jährlich/extern	Ergebnisbericht Kalibriertlabor	jährlich	31.07.2020		x										x	
ID-200/3	1663658	1000µl	Reverence	1663658		Eppendorf GmbH	Ringversuche POCT	E004.1			jährlich/extern	Ergebnisbericht Kalibriertlabor	jährlich	31.07.2020						x						x	
ID-200/4	4752613	500 µl	Pipette Reference 4900	4752613		Eppendorf GmbH	Ringversuche POCT	E004.1			jährlich/extern	Ergebnisbericht Kalibriertlabor	jährlich	31.07.2020		x			x	x						x	
ID-200/5	1258775	1000 µl	Reverence	1258775		Eppendorf GmbH	Ringversuche POCT	E004.1			jährlich/extern	Ergebnisbericht Kalibriertlabor	jährlich	31.05.2019											x	nicht mehr im Einsatz	
ID-200/6	2769103	500 µl	Research 113fix	2769103		Eppendorf GmbH	Ringversuche POCT	E004.2			jährlich/extern	Ergebnisbericht Kalibriertlabor	jährlich	31.05.2019											x	nicht mehr im Einsatz	

Labor ist nicht nach DIN EN ISO 15189 akkreditiert.